



विभागीय व्यवस्थापक शासकीय गोठीत रेतमात्रा निर्मिती केंद्र कार्यालय
नागपूर विद्यापिठ परिसर अमरावती रोड नागपूर

जावक क्र. विव्य/शागोरनिके/प्रयोगशाळा/ 1841-42/2025 दि 08/08/2025

दरपत्रक सुचना

प्रति,

- १) लागू असेल त्या सेवा पुरवठादार यांना
- २) सुचना बोर्ड/फलक

विषय: शासकीय गोठीत रेतमात्रा निर्मिती केंद्र नागपूर, येथील प्रयोगशाळेत आवश्यक अग्न्युत्प्रेत इन्क्युबेटर (INCUBATOR) करणे विहीत शासकीय पध्दतीचा अवलंब करून खर्चा करण्या बाब.


उपरोक्त विषयान्वये विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठीत रेतमात्रा निर्मिती केंद्र, नागपूर येथील प्रयोगशाळेतील AV कक्षे करीता दोन इन्क्युबेटर (INCUBATOR) विहीत शासकीय प्रणालीचा अवलंब करून खरेदी करणे प्रस्तावित आहे. करीता खुल्या बाजारातून दर पत्रके मागविण्यात येत आहेत, तरी दिनांक 19/08/2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत सिल बंद लिफाफ्यामधील सर्व करासहीत(GST) दरपत्रके विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठीत रेतमात्रा निर्मिती केंद्र, नागपूर यांचे नावे या कार्यालयास सादर करावीत. खालील प्रमाणे आवश्यक विशिष्ट तपशीला नूसार व नामांकित कंपनी द्वारे तयार करण्यात आलेले दोन इन्क्युबेटर (INCUBATOR) खरेदी करीता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

अ. क्र.	खरेदी करावयाच्या बाबी व तपशील	आवश्यक नग	किंमत प्रति नग (Rs./-)	एकूण किंमत
1.	Digital Incubator (Large) for keeping Artificial Vagina (AV) 1. Working size: 90cm X 60 cm X 60cm (H X W X D) 2. Volume: 325 Liters 3. Rating: 2.0 KW 4. Temperature range : 5°C above ambient to 70°C 5. Controll Accuracy: ± 0.5°C or better 6. Temperature Uniformity : ± 2°C or better 7. Temperature control: Micro processor based PID Controller 8. Heating Source: Nichrome Heating elements (Sealed & Enclosed heaters) 9. Heater Watts: 1.0 K w 10. Blower Forced air circulation for Uniformity 11. Observation: Poly carbonate observation window 12. Power Supply: 230 Volts, 50 Hz, Single Phase, AC Supply 13. Data logger facility for record of the temperature with time & date 14. Should be Sturdy Rigid and having aesthetic look.			

15.	Construction and fabrication on fully automatic CNC machines for giving consistency in performance and aesthetic look.			
16.	High quality insulation between inner and outer wall.			
17.	Full length inner acrylic door with roller type latch for monitoring without disturbing inside temperature.			
18.	Accessories: Suitable thermometer having 0.10° C 3 shelves. Thermometer access hole to display inside temperature.			
19.	digital control and digital display with soak timer.			
20.	Power Backup with Voltage Stabilizer.			
2.	Digital compact incubator for collection vials and cone			
1.	Construction: Double walled			
2.	Inner Chamber: Fabricated from Stainless steel S.S.-304 Material			
3.	Exterior body: Fabricated from mild steel material or S.S.			
4.	Inner Working size: 45 X45X45 cm (W X D X H)			
5.	Chamber volume : 92 Liters			
6.	Temperature range : 5°C above ambient to 70°C			
7.	Control Accuracy: ± 0.5°C or better			
8.	Temperature Uniformity : ± 2°C or better			
9.	Temperature control: Micro processor based PID Controller			
10.	High quality insulation between inner and outer wall.			
11.	Display LED Display			
12.	Power Backup with Voltage Stabilizer.			

अटी व शर्ती:-

- 1) दरपत्रक संस्थेच्या लेटर हेड वर सही शिक्क्यासह हार्ड कोपी द्वारे सादर करणे आवश्यक आहे.
- 2) दरपत्रक सोबत संस्थेचे पन कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
- 3) ई-मेल द्वारे सादर केलेले दरपत्रके ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
- 4) दर पत्रकातील दर सर्व खर्चासहीत व सर्व करासहीत देण्यात यावेत.
- 5) पाच वर्षासाठी वार्षिक देखभाल करार (AMC) करणे आवश्यक राहील.
- 6) कमीत कमी दोन वर्षांची गॅरंटी / वॉरंटी असणे आवश्यक आहे.
- 7) दिनांक 19/08/2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सायंकाळी ५:०० वाजे नंतर प्राप्त होणार्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी


विभागीय व्यवस्थापक

शासकीय गोठीत रेतमात्रा निर्मिती केंद्र, नागपुर

प्रतिलिपी:-

1. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपुर यांना माहिस्तव सादर.
2. आय.टी. हब, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे.