



महाराष्ट्र शासन

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,
गणेश खिंड रोड, औंध, पुणे-411007



ई मेल: ivbp.punc@gmail.com

दूरध्वनी: २०-२५६९७९६२

जा.क्र.-पजैपनिस/पुणे/उपओभयता/B-28/Sample coll. Asse./Ferementer Facility/दुरुस्ती/72 /2026

औंध-पुणे दि. 08 JAN 2026

दरपत्रक नोटीस

प्रति,

विषय- सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील जिवाणू विभागातील Ferementer Facility या सयंत्राच्या दुरुस्ती करणेकरीता दरपत्रके मिळणेबाबत

महोदय,

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील जिवाणू या विभागातील Ferementer Facility या सयंत्राची दुरुस्ती खाली नमुद केलेनुसार करावयाची आहे. सदर दुरुस्ती करावयास आपण इच्छुक असाल, तर सदर दुरुस्तीची दरपत्रके आपण सदरची दरपत्रके मा.सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे-411007 या नावे 14.01.2026 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत पोष्टाने / कुरीयर / हस्ते पोहोच पाठविणेत यावीत.

दुरुस्ती करावयाच्या सयंत्राचा तपशील- Ferementer Facility-ALEA LAVAL

अ.क्र.	दुरुस्ती कामकाज तपशील	संख्या	शेरा
1	Provide Sample Collection Assembly for Ferementer vessle as per Annexure-A	01 Job	

- वरीलप्रमाणे दुरुस्ती कामकाजाकरीता आपण तयार असाल तर त्याचे दरपत्रके विहीत मुदतीत संस्थेत सादर करावे.
- दरपत्रकाबरोबर आपल्या फर्मचे जीएसटी नंबर प्रमाणपत्र व पॅन कार्ड ची छायांकीत प्रत सोबत जोडणेत यावी.
- वरील दरपत्रक हे दुरुस्ती आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाकरीता वैध राहतील.
- सदर दुरुस्तीचे दर हे सर्व करासहीत सादर करणेत यावे.
- दरपत्रके ही बंद लखोट्यामध्ये सादर करावीत. लखोट्यावर या पत्राचा “ जावक क्रमांक व Ferementer Facility च्या दुरुस्ती करीता दरपत्रक” असे ठळक अक्षरात लिहावे.

4. सदर दुरुस्ती देयकावर शासन नियमानुसार 2 टक्के टीडीएस व इतर कपात करणेत येईल.
5. सदर दरपत्रकातील दर मान्य झालेनंतर दुरुस्ती आदेश देणेत येतील. दुरुस्ती आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसात दुरुस्ती पूर्ण करून तसा अहवाल सादर करावा.
6. दुरुस्ती पूर्ण व समाधानकारक झालेनंतर दुरुस्तीचे देयक तीन प्रतीत सादर करणेत यावे.
7. दरपत्रके स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार यानां राहिल.

(डॉ. वाय.ए. पठाण)
सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था,
औंध-पुणे 411007

प्रत-

1. नोटीस बोर्ड

2. आयटी हब, मा. आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, औंध-पुणे प्रसिध्दीसाठी



महाराष्ट्र शासन

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,

गणेश खिंड रोड, औंध, पुणे-411007

ई मेल: ivbp.pune@gmail.com

दूरध्वनी: २०-२५६९७९६२




ANNEXURE A

SCOPE OF WORK FOR PROVIDING Sample Collection Assembly FOR Ferementer Facility

1	PROVIDING Sample Collection Assembly FOR FEREMENTER FACILITY (1000 Ltr) as per following Parameters & Specifications.				
	Sr.no.	Sample Collection Assembly Parameter	Sample Collection Assembly Specification		
	1	Material Grade	SS316L		
	2	Surface finish	Ra≤0.5μm surface in product contact		
	3	Design Temperature	-80°C to 200 °C		
	4	Design Pressure	-1 Bar(g) to + 7 Bar(g)		
2	Material Used For Sample Collection Assembly				
	Sr.no.	Description	Size	Material	Quantity in Nos.
	1	Sampling Unit	50TC	SS316L	1
	2	Skid & Frame	As per standard	SS304	1
	3	AUTOMATION WITH 21 CFR + ELECTRICAL MAIN CONTROL PANEL (RYB INDICATOR, INDICATOR, VFD, DRIVE, PLC, VALVE BANK, MCB, SMPS, RELAY, CONTACTOR, MAIN SWITCH, EMERGENCY STOP)	As Per GA Drg.	SS304	1

	4	Piping: - As per drawing all pipe line made as Cutting, Tacking, Welding (Orbital & Manual), Grinding, Buffing, Cleaning & Assembly. Fittings:- Bend, Tee, Reducing Tee, TC Ferrule, TC Clamp, Pipe Support Clamp, Base Plate, Reducer, Gasket	As per standard	SS316L	2
	5	Insulation & Cladding	As per standard	SS316L	1
	6	Electrical wiring, PU Tubing, PU Connector, Cable Tray for Electrical Wiring & PU tubing, Tagging Ferrule, Cable Tie, Sleeves, Gland, PU Connector, Conduit piping (Cutting, Tacking, Welding, Grinding, Buffing & Cleaning),	As per standard	As per standard	1
	7	Installation: - Assembly of all plant, Utility Pendent to system pipe line, holding area to Filling machine pipe line, Electrical supply, Hydrotest, Boroscopy (10% of all Orbital Joints) Passivation.Commissioning: - System Healthy, Wet trial, Conduct Qualification Cycle, Program Modification, System Handover.	NA	NA	1

8	Documentation: - MOC Certificate, Manufacturer Certificate, Isometric Drawing, Slope Verification, Dead Leg Verification, Weld Log, Orbital Print, Protocol Compliances	NA	NA	1
3	वर नमुद केलेल्या तांत्रिक विनिर्देश व आवश्यक साहीत्य / सुटे भाग वापरुन फरमेंटर फॅसिलीटी ला Sample Collection Assembly बसवून त्याची समाधानकारक चाचणी देणे व त्याचे योग्य ते प्रमाणिकरण करुन देणे.			



(डॉ. वाय.ए.पठण)

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था,
औध-पुणे 411007