



महाराष्ट्र शासन, पशुसंवर्धन विभाग
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर, (अंतर्गत)

विभागीय व्यवस्थापक, शासकीय गोठित रेतमात्रा निर्मिती केंद्र खडकी, पुणे-03

दुरध्वनी क्र.020-29910679

ईमेल आयडी - rmfslpune@gmail.com

जा.क्र.शागोरेनिके/प्रयोगशाळा/ Water Bath With Temperature Controller *APK*/२०२६ खडकी, पुणे-०३, दिनांक १२/०२/२०२६

जाहीर सूचना

प्रति,

१. लागू असेल त्या,
सेवा पुरवठादार यांना.
२. सूचना बोर्ड/फलक

विषय:- शासकीय गोठित रेतमात्रा निर्मिती केंद्र पुणे-३ संस्थेकरीता Water Bath With Temperature Controller खरेदी करणेसाठी दर पत्रके मागविण्याकरीता जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत...

उपरोक्त विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, या कार्यालयातील प्रयोगशाळा विभागाकरीता लागणाऱ्या संस्थेकरीता Water Bath With Temperature Controller खरेदी करणेकरीता सेवा पुरवठादारांकडून खुल्या बाजारातून दर पत्रके मागविण्यात येत आहेत. तरी सदर खरेदी करीता लागणाऱ्या खर्चाचे सर्व करासहीत दरपत्रक या कार्यालयास दि.२४.०२.२०२६ रोजी सकाळी ११.०० वा. पर्यंत या कार्यालयास पोहचेल असे सादर करण्यात यावे. सोबत पुरवठादारांनी सादर करावयाचा दरपत्रकाचा नमुना यादीसह.

अटी शर्ती:-

१. दरपत्रके ही स्पेसीफीकेशन नुसारच असावी.
२. सदर उपकरण हे नमुद केलेल्या स्पेसीफीकेशन नुसारच आहे या बाबतचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिवाजीनगर, पुणे (सीओपी कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग) यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
३. दरपत्रक संस्थेच्या लेटर हेड वर सही शिक्क्यासह हार्ड कॉपी द्वारे सादर करणे आवश्यक.
४. दरपत्रकासोबत संस्थेच्या पॅनकार्ड ची छायांकीत प्रत जोडणे आवश्यक.
५. ई-मेल द्वारे सादर केलेली दर पत्रके ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.
६. दरपत्रकातील दर सर्व खर्चासहीत व सर्व करासहीत देण्यात यावेत.
७. दि.२४.०२.२०२६ रोजी सकाळी ११.०० वा. नंतर प्राप्त होणाऱ्या दर पत्रकांचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

Ribal
12/2/26

विभागीय व्यवस्थापक,

शासकीय गोठित रेतमात्रा निर्मिती केंद्र,
खडकी, पुणे-3

Name of Supplier :-

Date:- / /

Quotation for Water bath with temperature controller

To,

Regional Manager,
Govt.Frozen Semen Station ,
Mula Road, Khadki, Pune-3.

Sr No	Manufacturing Company (Make)	Unit Quantity	Specifications	Basic Rate Rs	GST Rs	Total Rate Including GST & Freight
1		1	Made of Stainless steel conforming to ISO standards. <ul style="list-style-type: none">● Chamber Dimensions Outside – 700 X 400 X 230 mm Inside – 605 X 310 X 170 mm● Digital Display and Automatic Thermostatic Regulation.● Regulation by PID to precision $\pm 0.5^{\circ}$ C using a Programmable Cutback Ramp Regulator.● Possibility of programming the Alarm Temperature in higher or lower side of set temperature.● Water level Safeguard with an electrical contact, ensuring shutdown of the pump.● Water pump circulates water to ensure uniform temperature in the chamber.● Thermostat has a temperature setting from 0- 50°C● Stand for minimum 16 Baby Flask and 48 Test tubes● Power Supply – 220-230 V, 50 Hz, 5A● Power – 1000 Watts● Protection - CE Thermal Circuit Breaker			

Authorized Signature

NB:- Quotation will not be accepted by mail.