



महाराष्ट्र शासन
सामान्य रुग्णालय जळगाव
जिल्हापेठ, जळगांव
जिल्हाजळगांव- ४२५००१



जिल्हा शल्य चिकित्सक - (०२५७) २२२६६११ ई-मेल : CS :-
csjal mh@yahoo.co.in

जा.क्र./सारुज/दंत यांत्रिकी नियुक्त/ YU3E २०२६
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय सामान्य रुग्णालय, जळगांव
दिनांक :- १२/०२/२०२६

प्रति,
आय.टी. सेल,
एन.एच.एम. २ रा मजला,
आरोग्य सेवा, मुंबई.

विषय:- राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत NOHP करिता Innovative Crowns Out Sourcing साठी दंतरुग्ण दाता वरिल कॅप बनवुन देणारी लॅबचे आवश्यक साहित्याचे दरपत्रक कळविणे बाबत....
संदर्भ:- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. जळगांव यांची दि २८ जानेवारी २०२६ रोजीची मंजूर टिपणी.

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, एनएचएम कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय, जळगांव येथे राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमा अंतर्गत रा.मौ.आ.का. NOHP करिता Innovative Crowns Out Sourcing साठी दंत रुग्णांस दाता वरिल कॅप बनवुन देणारी लॅब (दंत यांत्रिक) नियुक्त करुन आवश्यक साहित्यांचे नियोजन खर्चासाठी सुचना प्राप्त आहेत. सदर दरपत्रक बंद लिफाफ्यामध्ये दिनांक 25/02/2026 रोजी पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (सायंकाळी ५.०० वाजेच्या आत) सादर करावे. तपशिल पुढील प्रमाणे.

अ.क्र.	विवरण	संख्या	दर (रुपये)	एकुण रक्कम
१	stainess steel crown अटीव शर्ती मधील अ.क्र.८ मधील तांत्रिक विनिर्देशनुसार.			
२	Porceliane fused to metal(PFM) Crown अटी व शर्ती मधील अ.क्र.८ मधील तांत्रिक विनिर्देशनुसार NOHP करिता Innovative crowns Out Sourcing			
	एकुण रक्कम			

अटी व शर्ती :-

- विहित मुदतीत प्राप्त झालेली दरपत्रके स्वीकारण्यात येतील अन्यथा, नकारण्यात येतील.
- दरपत्रका मध्ये नमुद केलेल्या दरामध्ये खाडाखोड अथवा अंक गिरवलेले नसावेत.
- दरपत्रक सादर करणारा व्यक्ती/संस्था धारक यांची (डेन्टललॅब) Dentisr Act १९४८ मधील Chapter क्र.२ मधील मुद्दा क्र.१२ आणि Chapter ४ मधील मुद्दा क्र. ३६,३७ व ३८ नुसार दंत यांत्रिकी (Dental Mechanic) म्हणुन महाराष्ट्र दंत परिषदे अंतर्गत नोंदणी झालेली असावी व तसेच दरपत्रका सोबत संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र व पॅनकार्ड सह सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- दरपत्रके मोहरबंद लिफाफ्यामध्ये सादर करण्यात यावीत. सदरील लिफाफ्यावर NOHP या कार्यक्रमांतर्गत Stainess Steel Crown & Porcelain Fused To Metal (PFM) Crown चे दरपत्रक असे ठळकपणे नमुद केलेले असावे.
- Impression पाठवणे तथा स्वीकार करणेकरीता लागणाऱ्या टपालाचा खर्च हा Quote करते वेळीच प्रति किलोमीटर या प्रमाणे Price Out-sourcing Charges नुसार निर्धारित करण्यात येईल. या करिता ईच्छुक लॅब धारकाने टपालाच्या/नि-आनण्याच्या खर्च गृहीत ठेवूनच price Bid Quote करावे.
- जर का पुरविण्यात आलेले कृत्रिम मदात संबंधित दंत शल्य चिकित्सकाला अयोग्य वाटते तर सदर काम नाकारण्यात येईल. जर लॅब कडुन देण्यात आलेले कृत्रिम मदात दिलेल्या Impression Cast सिंगत आढळुन

आले तर सदर लॅब ने नवीन सुधारीत कृत्रि मदात पुरविणे बंधनकारक राहिल अन्यथा सदरील कामाची देयके अदा केली जाणार नाहीत.

- ७) साहित्य उच्च दर्जाचे असल्याची खात्री झाले नंतर देयकाची रक्कम अदा करण्यात येईल. उच्च दर्जाचे साहित्य पुरवठा केले नसल्याचे कोणत्याही क्षणी निदर्शनास आल्यास असे सर्व साहित्य परत बदलून योग्य प्रतीचे साहित्य देण्याची जबाबदारी पुरवठा धारकांची राहिल.
- ८) सदरील काम हे खालील नमुद तांत्रिक विनिर्देशा नुसार करुन पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
- ९) उशिरा प्राप्त झालेले भावपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- १०) भावपत्रके ही सर्व करारा सह व कार्यालयात पोहोच सह अशी असावीत.
- ११) आर्थिक तरतुदीच्या अधिन राहून आदेश हे कमी अधिक होतील.
- १२) भावपत्रकेही सारखी असल्यास पुरवठाधार काचीसेवा (सर्व्हिस) कशी आहेत्यानुसार व सेवेच्या दर्जानुसार देणेत येईल.
- १३) दरपत्रके मागविण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार राखुन ठेवणेत आलेला आहे.
- १४) दरपत्रके कार्यालयीन सोयीनुसार उघडले जातील.
- १५) दरपत्रात GST व इतर साहित्याचे निवड रक्कमेचे कोणतीही रक्कम अदा करण्यात येणार नाही.
- १६) इतर कोणतेही साहित्याची रक्कम अदा केली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

● मेटल क्राऊन (Metal Crown) चे तांत्रिक विनिर्देश.

- a) Bio-Compatibility –the alloy must tolerate oral fluids and not release any harmful products into the oral Environment-
- b) The alloy used should have tarnish and corrosion resistance;the alloy should have been tested and accepted According to the standards of national or international standards organizations (ADA,ISO british standards Institute {BSI})
- c) Metal alloy used in preparation of crown should have composition as per classification of casting metals for Full-metal and metal ceramic prostheses and partial dentures (textbook- philips science of dental materials 12th Edition /page no.370)
- d) The preferable crown is cobalt chromium metal.
- e) It should have high finishing&polishing properties.
- f) It should be free of major casting defects.

● पी.ए.एम.क्राऊन (Porcelain fused to metal crown) चे तांत्रिक विनिर्देश.

- a) Bio-compatibility-the alloy must tolerate oral fluids and not release any harmful products into the oral environment.
- b) For metal-ceramic prostheses,the alloy must have closely matching thermal expansion coefficient to be compatible with given porcelains,and they must tolerate high processing temperatures without deforming via creep process.
- c) The alloy used should have tarnish and corrosion resistance.
- d) The alloy used should have density of 7.5 g/cm³ or 8.7 g/cm³ textbook Philips science of dental materials 12th edition/page no.384
- e) The alloy should have tested and accepted according to the standards of national or international standards institute [BSI] The porcelain brand name must be known to determine if a compatible system is being used.
- f) The alloy used should have elastic modulus of 145-220 Gpa.
- g) Porcelain used in the prosthesis should have composition of ultra-low fusing ceramic (contains low Al₂O₃ and increased concentration of CaO, K₂O,Li₂O and Na₂O).
- h) It should have high finishing&Polishing properties.
- i) It should be free of major casting defetes.


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव.
Civil Surgeon, Jalgaon