



महाराष्ट्र शासन

उपसंचालक आरोग्य सेवा

राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाला, पुणे
लष्कर पाणी पुरवठा आवार, सेंट मेरी शाळेजवळ, पुलगेट, स्टॅम्हले मार्ग, पुणे ४११००१



दूरध्वनी- कार्यालय:- (०२०) २६३३०२२४/२६३३०२२५ वैयक्तिक वॉर्कस (०२०) २६३३०२२३

Email : statehealthlab@gmail.com

आरोग्य सेवा

जा.क्रउसंआसे/रासाआप्रशा/भांडार/उपकरण खरेदी/दरपत्रके ८२१७-१८
दिनांक- १७/०७/२०२६

प्रति,

विषय - राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाला पुणे/संचालक केंद्रीय संदर्भिय अन्न प्रयोगशाला पुणे या प्रयोगशालेकरिता उपकरणांची खरेदी करण्याकरिता नमुद केलेल्या तांत्रिक विनिर्देशाप्रमाणे दरपत्रके सादर करणेबाबत....

आपणास कळविण्यात येते कि, उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाला पुणे/संचालक केंद्रीय संदर्भिय अन्न प्रयोगशाला पुणे या प्रयोगशालेकरिता सोबत जोडलेल्या तांत्रिक विनिर्देशाप्रमाणे अटी व शर्ती नुसार दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

Sr. No	Name Of Instrument	Technical Specification
१.	Heating Mental 500 MI	सोबत जोडले
२.	Heating Mental 1000 MI	सोबत जोडले
३.	oil Bath	सोबत जोडले

सदर दरपत्रके खाली दिलेल्या नमुन्यामध्ये सिलबंद लिफाफ्यात दि २४/७/२६ रोजी पोहचतील अशा रितीने पाठवावीत.

(श्री.मनोहर.द.धुम)

उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाला
पुणे-४११००१

प्रत - संकेतस्थळ
प्रत - नोटीस बोर्ड

अटी व शर्ती


- १) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "Quotation For Instrument" असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- २) दरपत्रक सादर करताना दरपत्रकावर या कार्यालयाच्या दरपत्रक मागणपत्राचा क्रमांक व दिनांक नमुद करणे बंधनकारक आहे.
- ३) दरपत्रके पुरवठादाराच्या लेटर हेडवर सादर करावीत व त्यावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी असावी.
- ४) दर नमुद करताना मुळ किंमत (Basic Price) जीएसटी दर व रक्कम (GST rate) सवलतीचे रक्कम (Discount amount) व इतर खर्च स्पष्टपणे वेगवेगळे दाखवावे. मान्य केलेल्या दराव्यतिरिक्त इतर कोणताही खर्च अदा केले जाणार नाही.
- ५) दरपत्रकावर जीएसटी क्रमांक व पॅन नंबर याचा उल्लेख असावा.
- ६) दरपत्रकासोबत पॅन कार्ड व जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्राच्या स्वसांक्षाकीत छायांकित प्रती (Self attested xerox copy) सादर केल्या असतील तरच दरपत्रक वैध मानल्यात येईल. जीएसटीचे प्रोव्हीजनल नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले दरपत्रक अवैध समजण्यात येतील.
- ७) दरपत्रके दि. २७/७/२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता उघडण्यात येतील. दरपत्रके उघडण्याच्या वेळी संबंधीत पुरवठारार / त्यांचे प्रतीनिधी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहू शकतात.
- ८) ई-मेल मार्गाने सादर केलेले दरपत्रक स्विकारले जाणार नाहीत.
- ९) पुरवठादार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल
- १०) पुरवठादाराने मागील तिन वर्षांचे आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ११) CE प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक
- १२) मुळ उत्पादक संस्थेचे प्राधिकार पत्र जोडल्यास प्राधान्य
- १३) सदरील उपकरणाचा पुरवठा इतर कोणत्या शासकिय विभागास केलेला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र जोडणे
- १४) दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचे अधिकार मा.उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.



उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
पुणे-४११ ००९

Heating Mental 500 MI

Flask Capacity	500ml
Working Temperature Range	Ambient + 5°C to 350°C
Temperature Accuracy	1°C
Timer	upto 999mins or continuous
Power Requirements	1A, 200W
Display	LED Display with Temperature, Time and Process Status
Top Plate Material	MS
Body Construction	MS
Product Dimensions (L × B × H)	265× 330× 135
Stage wise Heating Modes	YES
External Temperature Probe	PT 100
CE Certification	YES


उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाला
पुणे-४११ ००९

Heating Mental 1000 MI


Flask Capacity	1000 ml
Working Temperature Range	Ambient + 5°C to 350°C
Temperature Accuracy	1°C
Timer	upto 999mins or continuous
Power Requirements	1.5A, 200W
Display	LED Display with Temperature, Time and Process Status
Top Plate Material	MS
Body Construction	MS
Product Dimensions (L × B × H)	265× 330× 135
Stage wise Heating Modes	YES
External Temperature Probe	PT 100
CE Certification	YES



उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
पुणे-४११ ००९

Oil Bath

Working Temperature Range	Ambient +5°C to 240°C
Circulation	Convection
Nominal Capacity	3057ml
RB Flask	1000 ml
Interior Dimension (D X H) in mm	182x 142
Exterior Dimensions (L x B x H) in mm	273x 240x 290
Power Consumption	1000 W


उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
पुणे-४११ ००१