

 महाराष्ट्र शासन	उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे लष्कर पाणी पुरवठा आवार, सेंट मेरी शाळेजवळ, पुलगेट, स्टॅव्हले मार्ग, पुणे ४११००९ दूरध्वनी - कार्यालय :- (०२०) २६३३०२२४/२६३३०२२५ वैयक्तिक व फॅक्स (०२०) २६३३०२२३ Email : statehealthlab@gmail.com	
आरोग्य सेवा	जा.क्र.उसंआसे/रासाआप्रशा/भांडार/उपकरण खरेदी/दरपत्रक दिनांक- 15/09/2028	7357

प्रति,

विषय - राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे/संचालक केंद्रीय संदर्भिय अन्न प्रयोगशाळा पुणे या प्रयोगशाळेकरिता उपकरणाची खरेदी करण्याकरिता नमुद केलेल्या तांत्रिक विनीर्देशाप्रमाणे दरपत्रके सादर करणेबाबत....

आपणास कळविण्यात येते कि, उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे/संचालक केंद्रीय संदर्भिय अन्न प्रयोगशाळा पुणे या प्रयोगशाळेसाठी उपकरण व प्रयोगशाळा साहित्याची खरेदी करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या तांत्रिक विनीर्देशाप्रमाणे व अटी शर्ती नुसार दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र	उपकरणाचे नाव	तांत्रिक विनीर्देश	नग
१.	Rotary Evaporator	सोबत जोडलेले आहे.	1


सदर दरपत्रके खाली दिलेल्या नमुन्यामध्ये सिलबंद लिफाफ्यात दि. 21/9/26 रोजी पोहचतील अशा रितीने पाठवावीत.


(श्री.मनोहर.द.धुम)

उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
पुणे-४११००९


प्रत - संकेतस्थळ
प्रत - नोटीस बोर्ड

Specifications of Rotary Evaporator
Model with slanting glassware, vertical glassware (steam sinking and steam rising type)
Glassware : Standard or plastic-coated glassware
Rotation speed : 20 to 300 rpm (DC motor)
Screen : 8.3" monochromatic LCD touch screen
sealing : Maintenance-free PTFE and carbon graphite seals
Connection : Rodavis evaporation flask connection system
Bath temperature : 90°C (2 possible settings: water and oil)
Bath heater : 9800W
Bath capacity : 4 liters
Temperature Stability : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Bath material : PTFE coated
Bath movement distance : 90mm
Draining : Removable bath for emptying
Stroke displacement : 93cm, adjusted, and can be stop at any position
Head angle adjustable : 0~94°
Cooling surface : 9400cm ²
Weight : 26.4 Kg (vertical version), 28 Kg (slanting version)
Overall dimensions : 690x900x830mm (vertical version, HxDxL) & 690x990x830mm (slanting version, HxDxL)
Voltage : 230 V AC, 50Hz
protective shield: Glassware lifting made possible with or without protective shield
Other features : Powered glassware lifting equipment with safety release (in case of power failure) Quick Start/Stop control and parameter selector


 Dy. Director of Health Services
 State Public Health Laboratory
 Pune - 411 001

अटी व शर्ती

- १) दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर "Quotation For Instrument" असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- २) दरपत्रक सादर करताना दरपत्रकावर या कार्यालयाच्या दरपत्रक मागणपत्राचा क्रमांक व दिनांक नमुद करणे बंधनकारक आहे.
- ३) दरपत्रके पुरवठादाराच्या लेटर हेडवर सादर करावीत व त्यावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी असावी.
- ४) दर नमुद करताना मुळ किंमत (Basic Price) जीएसटी दर व रक्कम (GST rate) सवलतीचे रक्कम (Discount amount) व इतर खर्च स्पष्टपणे वेगवेगळे दाखवावे. मान्य केलेल्या दराव्यतीरिक्त इतर कोणताही खर्च अदा केले जाणार नाही.
- ५) दरपत्रकावर जीएसटी क्रमांक व पॅन नंबर याचा उल्लेख असावा.
- ६) दरपत्रकासोबत पॅन कार्ड व जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्राच्या स्वसाक्षात्कीत छायांकित प्रती (Self attested xerox copy) सादर केल्या असतील तरच दरपत्रक वैध मानण्यात येईल. जीएसटीचे प्रोव्हीजनल नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले दरपत्रक अवैध समजण्यात येतील.
- ७) दरपत्रके दि. 22/9/26 रोजी सकाळी 11:00 वाजता उघडण्यात येतील. दरपत्रके उघडण्याच्या वेळी संबंधित पुरवठारार / त्यांचे प्रतीनिधी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहू शकतात.
- ८) ई-मेल मार्गाने सादर केलेले दरपत्रक स्विकारले जाणार नाहीत.
- ९) पुरवठादार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल
- १०) पुरवठादाराने मागील तिन वर्षांचे आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ११) मुळ उत्पादक संस्थेचे प्राधिकार पत्र जोडणे बंधनकारक
- १२) CE प्रमाणपत्र आवश्यक
- १३) सदरील उपकरणाचा पुरवठा इतर कोणत्या शासकिय विभागास केलेला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र जोडणे
- १४) दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचे अधिकार मा.उपसंचालक आरोग्य सेवा राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.


उपसंचालक आरोग्य सेवा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा
पुणे-४११ ००१

all
fuk
e
24
②